

(別添参考)

「特定保険医療材料の定義について」(令和2年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

改正後	改正前
<p>(別表)</p> <p>I (略)</p> <p>II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格</p> <p>001～176 (略)</p> <p>177 心房中隔穿刺針</p> <p>定義</p> <p>次のいずれにも該当すること。</p> <p>(1) 薬事承認又は認証上、類別が「<u>機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管</u>」であって、一般的名称が「<u>経中隔用能動型穿刺器具</u>」であること。</p> <p>(2) (略)</p> <p>178～208 (略)</p> <p>III～IX (略)</p>	<p>(別表)</p> <p>I (略)</p> <p>II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格</p> <p>001～176 (略)</p> <p>177 心房中隔穿刺針</p> <p>定義</p> <p>次のいずれにも該当すること。</p> <p>(1) 薬事承認又は認証上、類別が「<u>機械器具(47)注射針及び穿刺針</u>」であって、一般的名称が「<u>経中隔用針</u>」であること。</p> <p>(2) (略)</p> <p>178～208 (略)</p> <p>III～IX (略)</p>