

随 意 契 約 結 果 一 覧

課等名	契約の名称	契約年月日	契約の相手方	契約金額	契約の相手方を選定した理由	摘要
監視課	放射能分析精度確認業務	R05.06.23	公益財団法人日本分析センター	160万8,530円	<p>計量法に基づき、国家標準器とトレーサブルであり、技術能力及び品質システムの信頼性を保証されている、独立行政法人製品評価技術基盤機構の校正事業者登録制度（JCSS）に登録されている事業者を選定し、特定二次標準器による放射線照射等により正確なクロスチェックを行う必要がある。</p> <p>また、これまでに他の事業者、原子力発電施設等立地府県や海外の研究機関等とのクロスチェックの実績があり、測定精度に問題があると判断されたときには、当該測定業務に従事する者向けの研修やアフターケアも行っている事業者でなければ、当センターが高い測定技術を継続していくことは難しい。</p> <p>これらの条件を満たすのは公益財団法人日本分析センターしかないことから当該業務について、公益財団法人日本分析センターとの随意契約を行う。</p>	