

## 自動分析装置保守点検業務処理要領

この要領は契約書中第 1 条に基づき、自動分析装置保守点検業務について、必要な事項を定めるものとする。

### 1 保守対象機器

キャノンメディカル製 自動分析装置（TBA-120FR） 一式

### 2 定期点検業務

- ・ 別紙に定めるユニット及び項目とする。
- ・ 定期点検の実施は年 2 回の実施とする。
- ・ オンコールによる修理等への対応をする。

### 3 費用の負担

契約書第 7 条第 2 項に定める業務に要する費用は、受託者の負担とする。

ただし、定期交換部品を含む部品交換及び消耗品は委託者の負担とする。

### 4 報告

受託者は、定期点検及び委託者が請求した点検により、修繕又は交換を必要とする場合（委託者が費用を負担する場合に限る）は、委託者へ見積書を提出し、承認を受けてから整備を行うものとする。