

委 託 業 務 処 理 要 領

この要領は、委託契約書第Ⅰ条第Ⅰ項の規定に基づき、多項目自動血球分析装置保守点検業務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第Ⅰ 保守点検対象装置等

品 名	規 格 等	定期点検時等の交換部品	備 考
多項目自動血球分析装置	シーメンスヘルスケア・ダイア グノスティクス 株式会社 ADVIA2120i	センタリングカーラー センタリングカーラーMCTS ウォッシュブロックMOTS ダイアフラムポンプ バルブ3ウェイ コンプレッサーサービスキット	

第Ⅱ 保守点検の方法

- 1 定期点検は、6月・12月の年2回とし、別紙点検リスト表に定める項目について点検を行うものとする。
- 2 定期点検時等において、第Ⅰの表に掲げる部品の交換を行うものとし、その費用は受託者が負担する。
- 3 保守点検等は、委託者の勤務時間内に行うこと。ただし、多項目自動血球分析装置に異状があるときは、契約書第8条に規定する点検・修繕を行うこと。

第Ⅲ 業務処理上の留意事項

業務の処理に当たっては、業務担当員と十分打ち合わせを行い、事故の防止に努めるものとする。

第Ⅳ 費用の負担区分

契約書第9条第Ⅰ項に規定する消耗部品は、全て受託者の負担とする。

第Ⅴ 使用材料

保守に関する材料、器具等は一切受託者の負担とし、あらかじめ委託者の検査を受けるものとする。

第Ⅵ その他

委託業務を処理するに当たって不明な点がある場合は、その都度、業務担当員の指示に従うこと。