

# F P D 装置保守点検業務処理要領

この要領は、委託契約第 1 条第 1 項に基づき、コンピューテッドラジオグラフィシステム（DR Y P I X 4 0 0 0 等）保守点検業務委託処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

## 第 1 保守点検対象機器

CALENO Smart C12	F P D 装置	3 枚
CALENO Smart S47	F P D 装置	1 枚
CALENO Smart S77	F P D 装置	6 枚
CR Console Advance	コンソール	2 台
CR Console Advance MOBILE	コンソール	2 台
FCR PROPECT CS Plus	画像読取装置	1 台
DRYPIX Lite	画像記録装置	1 台

## 第 2 保守点検の方法

定期的に巡回し、上記設備の清掃、点検、注油及び調整、部品の交換を行うこと。

1 2 ヶ月点検（8 月）

点検項目については、別紙点検項目表のとおりとする。

受託者の保守受付時間は、平日 8:00～20:00、土曜日 9:00～13:00 とし、日曜日、祝祭日年末年始は、時間外とする。

## 第 3 業務処理上の留意事項

業務処理については、係員と充分打ち合わせを行い、関係法令に定められた基準を守り、事故の防止に努めるものとする。

## 第 4 費用の負担区分

費用の負担区分は、交換を要する部品代等の費用についてはすべて受託者の負担とする。

ただし、マルチフォーマッターは 2 0 万円までの部品を含む。（2 0 万円以上の部品代については、差額分を委託者が支払う。）

また、天変地異に起因する故障、通常の使用方法によるために生じた故障、その他特別消耗品（交換部品）については、委託者の負担とする。

特別消耗品

ディスプレイ（CALENO Smart C12、CALENO Smart S47、CALENO Smart S77、CR Console Advance、CR Console Advance MOBILE、FCR PROPECT CS Plus、DRYPIX Lite）

# X線テレビシステム保守点検業務処理要領

この要領は、委託契約第1条第1項に基づきX線テレビシステム保守点検業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

## 第1 保守点検対象機器（SONIALVISION G4）

D150BC-40SX 線高電圧装置

ZS-200 透視撮影台

SFD-1717AFFPD（フラットパネルディテクター）

DR-300 デジタル画像処理装置

0.7/1.2JG326D-265X 線管球装置

## 第2 保守点検の方法

定期的に巡回し、上記設備の清掃、点検、注油及び調整、部品の交換を行うこと。

12ヶ月（4月）

6ヶ月（10月）

点検項目については、別紙点検項目表のとおりとする。

## 第3 業務処理上の留意事項

業務処理については、係員と充分打ち合わせを行い、関係法令に定められた基準を守り、事故の防止に努めるものとする。

## 第4 費用の負担区分

費用の負担区分は、全ての部品代等の費用について受託者の負担とする。

但し、モニター等の消耗品及び標準外のオプション構成品は委託者の負担とする。

標準ソフトウェアは受託者の負担とする。

緊急保守サービスの費用は無償とする。

リモートメンテナンスの費用は無償とする。

# C T装置保守点検業務処理要領

この要領は、委託契約書第1条に基づき、C T装置保守点検業務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

第1 保守点検の対象機器は次のとおりである。

- 機器名 (1) 全身用C T装置G E社製 **Revolution GSI FREEdom**
- (2) 画像診断装置用ワークステーション

第2 保守点検の方法

定期的に巡回し、上記設備の清掃、点検、注油及び調整、部品の交換を行うこと。

CT装置 : 6月、9月、12月、3月 (年4回)

ワークステーション : 6月、12月 (年2回)

保守点検の内容は、別紙点検票のとおりとする。

第3 費用負担は、第1に記載された装置の定期点検及び緊急修理に要する技術料、旅費及び保守部品については受託者の負担とし、消耗品は委託者の負担とする。

第4 X線管特約 (Tube Care) は保守契約に含めない。

# CT・MRI用インジェクター保守点検業務処理要領

この要領は、委託契約書第1条第1項に基づき、CT・MRI用インジェクター（造影剤注入装置）保守点検業務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

## 第1 保守点検対象機器

- |        |             |             |    |
|--------|-------------|-------------|----|
| ・根本杏林堂 | CT用造影剤注入装置  | デュアルショットGX7 | 1台 |
| ・根本杏林堂 | MRI用造影剤注入装置 | ソニックショット7   | 1台 |

## 第2 保守点検の方法・内容

定期点検の実施は4月に1回とし、上記機器の点検、調整及び注入性能試験を行う。  
なお、点検項目は別紙「点検記録表」のとおりとする。  
また、随時保守（オンコール）対応も行う。

## 第3 業務処理上の留意事項

業務の処理については、係員と充分打ち合わせを行ない、関係法令に定められた基準を守り、事故の防止に努めるものとする。

## 第4 費用の負担区分

費用負担は、第1に記載された装置の部品の取替え、補修に要する費用は受託者の負担とし、その他については委託者の負担とする。

# PACS（画像ファイリングネットワーク）及びRIS（放射線部門システム）保守点検業務処理要領

この要領は、委託契約（以下「本委託契約」という。）第1条第1項に基づき、画像ファイリングネットワークシステム及び放射線部門システム保守点検業務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

## 第1 保守対象ソフトウェア

- ・XTREK F.E.S.T.A ×1
- ・CTスライス厚 GW Server
- ・Report Server LUCID/Report ×5
- ・XTEK VIEW (Client-100)
- ・XTREK QA Server ×1/Client ×10
- ・ACTRIS（放射線部門システム）Server&Client ×1
- ・ACTRIS HIS IF/MWM Server ×1
- マンモ読影システム※設置場所 PIC
- ・XTREK ソフトウェア ×2
- XTREK/マンモオペション

## 第2 保守点検の方法、内容

点検項目 XTREK SERVER プロセス確認

オラクルデータベースプロセス確認

システムプロセス確認

各エラーログ等の確認

各ハードディスクのパーテーション残容量の確認

データベース表領域の残容量及び登録件数の確認

ビューワー及び各端末点検動作確認

その他各動作確認

オンラインサポート

電話サポート

障害時の復旧作業

その他保守点検の方法、内容については、別添「保守契約書」第2条及び第3条記載のとおりとする。

## 第3 定期点検

定期点検は、9月と3月の年2回とする。

## 第4 業務処理上の留意事項

業務処理については、業務担当員と充分打ち合わせを行い、関係法令に定められた基準を遵守し、事故の防止に努めるものとする。

## 第5 費用の負担区分

UPS 電池及びプリンター消耗品などの消耗品は、委託者の負担とする。

## 第6 クラウド型PACSサービス

受託者は容量 11,600GB のクラウド画像保管・管理サービスを提供するものとし、随時保守（オンコール）対応を行うものとする。なお、委託者が 11,600GB を超えるサービス提供を受けようとする場合は、超過料金等について委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

## 第7 その他

この要領に定めなき事項は、保守契約書が適用されるものとする。但し、本委託契約の内容と保守契約書の内容に齟齬がある場合、本委託契約の内容が優先して適用されるものとする。